

Supplemental Value Sheet



cobas c 311/501/502/701/702 analyzers

Please note that following data have been modified or added.

ALP2S	ACN (8)158	Page 2-5	Ver.4 (c311/501/502)
ALP2L	ACN (8)683	Page 2-5	Ver.4
CRP4X	ACN 736	Page 6	Ver.3 (c311)
CRP4X	ACN (8)736	Page 7	Ver.3 (c501/502)
CRP4X	ACN 8736	Page 8	Ver.3 (c701/702)
CRP4 *	ACN 256	Page 9-10	Ver.2 (c311)
CRP4 *	ACN (8)256	Page 11-12	Ver.2 (c501/502)
CRP4 *	ACN 8256	Page 13-14	Ver.2 (c701/702)
HDLC3 *	ACN (8)435	Page 15-16	Ver.2
C3C-2	ACN (8)036	Page 17	Ver.1
ASLOT	ACN (8)037	Page 18-19	Ver.1
KAPPA2 *	ACN (8)283	Page 20	Ver.1

* not for use in the USA

For translations, see glossary at the end of this document./Übersetzungen siehe Glossar am Ende dieses Dokuments./Pour connaître les traductions, consulter le glossaire à la fin de ce document./Para las traducciones, consulte el glosario al final de este documento./Per le traduzioni, vedere il glossario alla fine di questo documento./Para traduções, ver glossário no fim deste documento./Oversættelser kan ses i ordlisten i slutningen af dokumentet./För översättningar, se ordlistan i slutet av detta dokument./For oversettelser, se ordliste på slutten av dette dokumentet./Překlady naleznete v glosáři na konci tohoto dokumentu./Přeložené pojmy a vety sú uvedené v slovníku nachádzajúcom sa na konci tohto dokumentu./Тлумачення, zob. словник знайдений ся на końcu niniejszego dokumentu./A fordításokat lásd a dokumentum végén található fogalomtárban./Για μεταφράσεις, δείτε το γλωσσάριο στο τέλος αυτού του εγγράφου./Çeviriler için bu belgenin sonundaki sözlüğe bakın./Вижте преводите в речника в края на този документ./Tölget vaadake käesoleva dokumendi lõpus olevast sõnastikust./Vertimų ieškokite šio dokumento pabaigoje esančiame žodynylyje./Tulkojumus skatīt vārdnīcā šī dokumenta beigās./Варианты перевода представлены в глоссарии в конце данного документа./Vê bản dịch, xem bảng chú giải ở cuối tài liệu này./翻译参见本份文件结尾处的术语表。/Pentru traduceri, consultați glosarul de la sfârșitul acestui document./Переклади наведені в глосарії в кінці цього документа.

ALP2



Alkaline Phosphatase acc. to IFCC Gen.2 (Schumann)

cobas c 311/501/502 analyzers

cobas c 701/702 analyzers

REF 03333752190, System-ID 07 6761 1

REF 05166888190, System-ID 05 6760 3

REF 03333701190, System-ID 07 6760 3

REF 05166888214, System-ID 05 6760 3

For **cobas c 311/501** analyzers:

For **cobas c 701/702** analyzers:

ALP2S: ACN 158

ALP2L: ACN 8683

ALP2L: ACN 683

For **cobas c 502** analyzer:


ALP2S: ACN 8158

ALP2L: ACN 8683

LOT		e-BC Ver.					U/L	μKat/L
		c311	c501	c502	c701	c702	Calibration Value	Calibration Value

Calibrator for automated systems **REF** 10759350190

399938	2020-07	3	2	2	2	2	257	4.29
399940	2020-07	2	2	2	2	2	257	4.29
324129	2021-01	2	2	2	2	2	275	4.59
324130	2021-01	2	2	2	2	2	276	4.61
324131	2021-01	2	2	2	2	2	289	4.83
324132	2021-01	2	2	2	2	2	285	4.76
324133	2021-01	2	2	2	2	2	278	4.64
324134	2021-01	2	2	2	2	2	285	4.76
324142	2021-01	2	2	2	2	2	282	4.71
324143	2021-01	2	2	2	2	2	274	4.58
324144	2021-01	2	2	2	2	2	286	4.78
324145	2021-01	2	2	2	2	2	289	4.83
324146	2021-01	2	2	2	2	2	275	4.59
324147	2021-01	2	2	2	2	2	285	4.76

LOT		e-BC Ver.					U/L	μKat/L
		c311	c501	c502	c701	c702	Calibration Value	Calibration Value

Calibrator for automated systems REF 10759350190

324155	2021-04	2	2	2	2	2	241	4.02
324156	2021-04	2	2	2	2	2	251	4.19
324157	2021-04	2	2	2	2	2	252	4.21
324158	2021-04	2	2	2	2	2	257	4.29
324159	2021-04	1	1	1	1	1	253	4.23
324160	2021-04	2	2	2	2	2	253	4.23
391514	2021-12	2	2	2	2	2	227	3.79
391515	2021-12	2	2	2	2	2	236	3.94
391516	2021-12	2	2	2	2	2	231	3.86
410063	2021-12	2	2	2	2	2	225	3.76
410064	2021-12	1	1	1	1	1	229	3.82
410065	2021-12	1	1	1	1	1	238	3.97
410066	2021-12	1	1	1	1	1	237	3.96
410067	2021-12	1	1	1	1	1	236	3.94
410068	2021-12	1	1	1	1	1	242	4.04

Calibrator for automated systems REF 10759350360

324174	2020-11	2	2	2	2	2	256	4.28
324175	2020-11	2	2	2	2	2	245	4.09
324176	2020-11	2	2	2	2	2	247	4.12
324177	2020-11	2	2	2	2	2	241	4.02
391517	2021-08	2	2	2	2	2	239	3.99
391518	2021-08	2	2	2	2	2	242	4.04
391519	2021-08	2	2	2	2	2	238	3.97
410974	2022-01	2	2	2	2	2	240	4.01
410975	2022-01	2	2	2	2	2	241	4.02

LOT		e-BC Ver.					U/L			μKat/L		
		c311	c501	c502	c701	c702	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD

PreciControl ClinChem Multi 1 REF 05947626190, 05117003190, 05117208922 (Q.C.S.)

250241	2020-11	7	7	7	7	7	112	91 - 133	7	1.87	1.54 - 2.20	0.11
250254	2020-10	6	6	6	6	6	112	91 - 133	7	1.87	1.54 - 2.20	0.11
324196	2021-04	5	5	5	5	5	108	90 - 126	6	1.80	1.47 - 2.13	0.11
324209	2021-08	3	3	3	3	3	110	89 - 131	7	1.84	1.51 - 2.17	0.11
324213	2021-07	2	2	2	2	2	114	93 - 135	7	1.90	1.57 - 2.23	0.11
324222	2021-10	2	2	2	2	2	111	90 - 132	7	1.85	1.52 - 2.18	0.11
410037	2022-07	2	2	2	2	2	96.8	79.4 - 114.2	5.8	1.62	1.32 - 1.92	0.10
410110	2022-10	2	2	2	2	2	111	90 - 132	7	1.85	1.52 - 2.18	0.11
410119	2023-01	2	2	2	2	2	109	88 - 130	7	1.82	1.49 - 2.15	0.11
461489	2023-02	1	1	1	1	1	104	86 - 122	6	1.74	1.44 - 2.04	0.10
461490	2023-02	2	2	2	2	2	108	90 - 126	6	1.80	1.47 - 2.13	0.11

PreciControl ClinChem Multi 1 REF 05947626160

250241	2020-11	4	4	4	4	4	112	91 - 133	7	1.87	1.54 - 2.20	0.11
250254	2020-10	6	6	6	6	6	112	91 - 133	7	1.87	1.54 - 2.20	0.11
324209	2021-08	4	4	4	4	4	110	89 - 131	7	1.84	1.51 - 2.17	0.11
410037	2022-07	3	3	3	3	3	96.8	79.4 - 114.2	5.8	1.62	1.32 - 1.92	0.10
410110	2022-10	3	3	3	3	3	111	90 - 132	7	1.85	1.52 - 2.18	0.11

PreciControl ClinChem Multi 2 REF 05947774190, 05117216190, 05117291922 (Q.C.S.)

250267	2020-11	6	6	6	6	6	238	196 - 280	14	3.97	3.25 - 4.69	0.24
250280	2020-12	5	5	5	5	5	235	193 - 277	14	3.92	3.20 - 4.64	0.24
324345	2021-04	3	3	3	3	3	243	198 - 288	15	4.06	3.34 - 4.78	0.24
324348	2021-04	2	2	2	2	2	218	179 - 257	13	3.64	2.98 - 4.30	0.22
410030	2022-06	2	2	2	2	2	236	194 - 278	14	3.94	3.22 - 4.66	0.24
410032	2022-06	1	1	1	1	1	247	202 - 292	15	4.12	3.37 - 4.87	0.25
410044	2022-07	2	2	2	2	2	240	198 - 282	14	4.01	3.29 - 4.73	0.24
410045	2022-07	2	2	2	2	2	251	206 - 296	15	4.19	3.44 - 4.94	0.25
410076	2022-11	2	2	2	2	2	232	190 - 274	14	3.87	3.18 - 4.56	0.23
410105	2022-10	2	2	2	2	2	250	205 - 295	15	4.18	3.43 - 4.93	0.25
461595	2023-01	1	1	1	1	1	232	190 - 274	14	3.87	3.18 - 4.56	0.23
461597	2023-01	1	1	1	1	1	241	199 - 283	14	4.02	3.30 - 4.74	0.24

PreciControl ClinChem Multi 2 REF 05947774160

250267	2020-11	6	6	6	6	6	238	196 - 280	14	3.97	3.25 - 4.69	0.24
250280	2020-12	4	4	4	4	4	235	193 - 277	14	3.92	3.20 - 4.64	0.24
324345	2021-04	5	5	5	5	5	243	198 - 288	15	4.06	3.34 - 4.78	0.24
324348	2021-04	3	3	3	3	3	218	179 - 257	13	3.64	2.98 - 4.30	0.22
410105	2022-10	3	3	3	3	3	250	205 - 295	15	4.18	3.43 - 4.93	0.25

LOT		e-BC Ver.					U/L			µKat/L			
		c311	c501	c502	c701	c702	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD	
Precinorm U plus		REF 12149435122											
362745	2021-05	2	2	2	2	2	95.4	78.3 - 112.5	5.7	1.59	1.29 - 1.89	0.10	
423927	2022-02	2	2	2	2	2	81.8	67.1 - 96.5	4.9	1.37	1.13 - 1.61	0.08	
459462	2022-11	2	2	2	2	2	93.3	76.5 - 110.1	5.6	1.56	1.29 - 1.83	0.09	
Precinorm U plus		REF 12149435160											
362745	2021-05	2	2	2	2	2	95.4	78.3 - 112.5	5.7	1.59	1.29 - 1.89	0.10	
423926	2022-02	2	2	2	2	2	81.8	67.1 - 96.5	4.9	1.37	1.13 - 1.61	0.08	
459462	2022-11	2	2	2	2	2	93.3	76.5 - 110.1	5.6	1.56	1.29 - 1.83	0.09	
Precipath U plus		REF 12149443122											
305640	2021-05	2	2	2	2	2	256	211 - 301	15	4.28	3.50 - 5.06	0.26	
423932	2022-02	2	2	2	2	2	209	170 - 248	13	3.49	2.86 - 4.12	0.21	
459469	2022-11	1	1	1	1	1	224	185 - 263	13	3.74	3.08 - 4.40	0.22	
Precipath U plus		REF 12149443160											
305640	2021-05	2	2	2	2	2	256	211 - 301	15	4.28	3.50 - 5.06	0.26	
423932	2022-02	2	2	2	2	2	209	170 - 248	13	3.49	2.86 - 4.12	0.21	
459469	2022-11	1	1	1	1	1	224	185 - 263	13	3.74	3.08 - 4.40	0.22	

CRP4



Tina-quant C-Reactive Protein IV

cobas c 311 analyzer

07876033 190, System-ID 07 7607 6

CRP4X: ACN 736

LOT		e-BC Ver.	mg/L	nmo/L	mg/dL
		c311	Calibration Value	Calibration Value	Calibration Value

C.f.a.s. Proteins, No. 11355279 160

312505	2020-07	5	97.0	923	9.70
366488	2021-03	2	91.2	868	9.12
416859	2022-03	2	95.4	908	9.54

LOT		e-BC Ver.	mg/L			nmo/L			mg/dL		
		c311	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD

PreciControl ClinChem Multi 1, No. 05947626 160

250241	2020-11	3	8.62	6.91 - 10.33	0.57	82.1	65.6 - 98.6	5.5	0.862	0.691 - 1.033	0.057
250254	2020-10	5	9.16	7.33 - 10.99	0.61	87.2	69.8 - 104.6	5.8	0.916	0.733 - 1.099	0.061
324209	2021-08	3	9.81	7.86 - 11.76	0.65	93.4	74.8 - 112.0	6.2	0.981	0.786 - 1.176	0.065
410037	2022-07	2	9.31	7.45 - 11.17	0.62	88.6	70.9 - 106.3	5.9	0.931	0.745 - 1.117	0.062
410110	2022-10	2	9.29	7.43 - 11.15	0.62	88.4	70.7 - 106.1	5.9	0.929	0.743 - 1.115	0.062

PreciControl ClinChem Multi 2, No. 05947774 160

250267	2020-11	5	54.3	43.5 - 65.1	3.6	517	415 - 619	34	5.43	4.35 - 6.51	0.36
250280	2020-12	3	51.1	40.9 - 61.3	3.4	486	390 - 582	32	5.11	4.09 - 6.13	0.34
324345	2021-04	4	53.3	42.5 - 64.1	3.6	507	405 - 609	34	5.33	4.25 - 6.41	0.36
324348	2021-04	2	53.3	42.5 - 64.1	3.6	507	405 - 609	34	5.33	4.25 - 6.41	0.36
410105	2022-10	2	52.3	41.8 - 62.8	3.5	498	399 - 597	33	5.23	4.18 - 6.28	0.35

Precinorm Protein, No. 10557897 160

427322	2022-03	2	10.8	8.7 - 12.9	0.7	103	82 - 124	7	1.08	0.87 - 1.29	0.07
--------	---------	---	------	------------	-----	-----	----------	---	------	-------------	------

Precipath Protein, No. 11333127 160

272990	2020-07	5	56.0	44.9 - 67.1	3.7	533	425 - 641	36	5.60	4.49 - 6.71	0.37
391706	2021-07	2	55.6	44.5 - 66.7	3.7	529	424 - 634	35	5.56	4.45 - 6.67	0.37

CRP4



Tina-quant C-Reactive Protein IV

cobas c 501/502 analyzers

07876033 190, System-ID 07 7607 6

For **cobas c 501** analyzer:

CRP4X: ACN 736

For **cobas c 502** analyzer:

CRP4X: ACN 8736

LOT		e-BC Ver.		mg/L			nmol/L			mg/dL		
		c501	c502	Calibration Value			Calibration Value			Calibration Value		

C.f.a.s. Proteins, No. 11355279 160

312505	2020-07	5	5	99.0			942			9.90		
366488	2021-03	2	2	93.1			886			9.31		
416859	2022-03	2	2	97.3			926			9.73		

LOT		e-BC Ver.		mg/L			nmol/L			mg/dL		
		c501	c502	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD

PreciControl ClinChem Multi 1, No. 05947626 160

250241	2020-11	3	3	8.62	6.91 - 10.33	0.57	82.1	65.6 - 98.6	5.5	0.862	0.691 - 1.033	0.057
250254	2020-10	5	5	9.16	7.33 - 10.99	0.61	87.2	69.8 - 104.6	5.8	0.916	0.733 - 1.099	0.061
324209	2021-08	3	3	9.81	7.86 - 11.76	0.65	93.4	74.8 - 112.0	6.2	0.981	0.786 - 1.176	0.065
410037	2022-07	2	2	9.31	7.45 - 11.17	0.62	88.6	70.9 - 106.3	5.9	0.931	0.745 - 1.117	0.062
410110	2022-10	2	2	9.29	7.43 - 11.15	0.62	88.4	70.7 - 106.1	5.9	0.929	0.743 - 1.115	0.062

PreciControl ClinChem Multi 2, No. 05947774 160

250267	2020-11	5	5	52.7	42.2 - 63.2	3.5	502	403 - 601	33	5.27	4.22 - 6.32	0.35
250280	2020-12	3	3	49.6	39.7 - 59.5	3.3	472	379 - 565	31	4.96	3.97 - 5.95	0.33
324345	2021-04	4	4	51.7	41.5 - 61.9	3.4	492	393 - 591	33	5.17	4.15 - 6.19	0.34
324348	2021-04	2	2	51.7	41.5 - 61.9	3.4	492	393 - 591	33	5.17	4.15 - 6.19	0.34
410105	2022-10	2	2	50.8	40.6 - 61.0	3.4	484	388 - 580	32	5.08	4.06 - 6.10	0.34

Precinorm Protein, No. 10557897 160

427322	2022-03	2	2	10.8	8.7 - 12.9	0.7	103	82 - 124	7	1.08	0.87 - 1.29	0.07
--------	---------	---	---	------	------------	-----	-----	----------	---	------	-------------	------

Precipath Protein, No. 11333127 160

272990	2020-07	5	5	54.9	43.8 - 66.0	3.7	523	418 - 628	35	5.49	4.38 - 6.60	0.37
391706	2021-07	2	2	54.5	43.7 - 65.3	3.6	519	414 - 624	35	5.45	4.37 - 6.53	0.36

CRP4



Tina-quant C-Reactive Protein IV

cobas c 701/702 analyzers

07876424 190, System-ID 05 7607 6

CRP4X: ACN 8736

LOT		e-BC Ver.		mg/L	nmol/L	mg/dL
		c701	c702	Calibration Value	Calibration Value	Calibration Value

C.f.a.s. Proteins, No. 11355279 160

312505	2020-07	5	5	99.0	942	9.90
366488	2021-03	2	2	93.1	886	9.31
416859	2022-03	2	2	97.3	926	9.73

LOT		e-BC Ver.		mg/L			nmol/L			mg/dL		
		c701	c702	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD

PreciControl ClinChem Multi 1, No. 05947626 160

250241	2020-11	3	3	8.62	6.91 - 10.33	0.57	82.1	65.6 - 98.6	5.5	0.862	0.691 - 1.033	0.057
250254	2020-10	5	5	9.16	7.33 - 10.99	0.61	87.2	69.8 - 104.6	5.8	0.916	0.733 - 1.099	0.061
324209	2021-08	3	3	9.81	7.86 - 11.76	0.65	93.4	74.8 - 112.0	6.2	0.981	0.786 - 1.176	0.065
410037	2022-07	2	2	9.31	7.45 - 11.17	0.62	88.6	70.9 - 106.3	5.9	0.931	0.745 - 1.117	0.062
410110	2022-10	2	2	9.29	7.43 - 11.15	0.62	88.4	70.7 - 106.1	5.9	0.929	0.743 - 1.115	0.062

PreciControl ClinChem Multi 2, No. 05947774 160

250267	2020-11	5	5	54.3	43.5 - 65.1	3.6	517	415 - 619	34	5.43	4.35 - 6.51	0.36
250280	2020-12	3	3	51.1	40.9 - 61.3	3.4	486	390 - 582	32	5.11	4.09 - 6.13	0.34
324345	2021-04	4	4	53.3	42.5 - 64.1	3.6	507	405 - 609	34	5.33	4.25 - 6.41	0.36
324348	2021-04	2	2	53.3	42.5 - 64.1	3.6	507	405 - 609	34	5.33	4.25 - 6.41	0.36
410105	2022-10	2	2	52.3	41.8 - 62.8	3.5	498	399 - 597	33	5.23	4.18 - 6.28	0.35

Precinorm Protein, No. 10557897 160

427322	2022-03	2	2	11.0	8.9 - 13.1	0.7	105	84 - 126	7	1.10	0.89 - 1.31	0.07
--------	---------	---	---	------	------------	-----	-----	----------	---	------	-------------	------

Precipath Protein, No. 11333127 160

272990	2020-07	5	5	56.5	45.1 - 67.9	3.8	538	430 - 646	36	5.65	4.51 - 6.79	0.38
391706	2021-07	2	2	56.1	45.0 - 67.2	3.7	534	426 - 642	36	5.61	4.50 - 6.72	0.37

CRP4



Tina-quant C-Reactive Protein IV

Roche/Hitachi
cobas c 311 analyzer

07876033 190, System-ID 07 7607 6


CRP4: ACN 256 *

LOT		e-BC Ver.	mg/L	nmo/L	mg/dL
		c311	Calibration Value	Calibration Value	Calibration Value

C.f.a.s. Proteins, No. 11355279 216

277906	2020-03	5	97.4	927	9.74
312505	2020-07	5	97.0	923	9.70
336551	2021-01	3	90.7	863	9.07
366488	2021-03	2	91.2	868	9.12

* not for use in the USA

LOT		e-BC Ver.	mg/L			nmol/L			mg/dL		
		c311	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD

PreciControl ClinChem Multi 1, No. 05947626 190, 05117003 190, 05117208 922 (Q.C.S.)

191102	2019-10	6	8.09	6.47 - 9.71	0.54	77.0	61.7 - 92.3	5.1	0.809	0.647 - 0.971	0.054
191118	2020-03	6	8.15	6.53 - 9.77	0.54	77.6	62.0 - 93.2	5.2	0.815	0.653 - 0.977	0.054
250241	2020-11	6	8.62	6.91 - 10.33	0.57	82.1	65.6 - 98.6	5.5	0.862	0.691 - 1.033	0.057
250254	2020-10	5	9.16	7.33 - 10.99	0.61	87.2	69.8 - 104.6	5.8	0.916	0.733 - 1.099	0.061
324196	2021-04	4	9.26	7.40 - 11.12	0.62	88.2	70.5 - 105.9	5.9	0.926	0.740 - 1.112	0.062
324209	2021-08	2	9.81	7.86 - 11.76	0.65	93.4	74.8 - 112.0	6.2	0.981	0.786 - 1.176	0.065
324213	2021-07	1	9.51	7.62 - 11.40	0.63	90.5	72.5 - 108.5	6.0	0.951	0.762 - 1.140	0.063
324222	2021-10	1	9.78	7.83 - 11.73	0.65	93.1	74.5 - 111.7	6.2	0.978	0.783 - 1.173	0.065

PreciControl ClinChem Multi 2, No. 05947774 190, 05117216 190, 05117291 922 (Q.C.S.)

191111	2020-01	6	38.4	30.6 - 46.2	2.6	366	294 - 438	24	3.84	3.06 - 4.62	0.26
191112	2020-01	6	38.4	30.6 - 46.2	2.6	366	294 - 438	24	3.84	3.06 - 4.62	0.26
191125	2020-03	6	38.0	30.5 - 45.5	2.5	362	290 - 434	24	3.80	3.05 - 4.55	0.25
250228	2020-06	6	54.8	43.7 - 65.9	3.7	522	417 - 627	35	5.48	4.37 - 6.59	0.37
250267	2020-11	5	54.3	43.5 - 65.1	3.6	517	415 - 619	34	5.43	4.35 - 6.51	0.36
250280	2020-12	4	51.1	40.9 - 61.3	3.4	486	390 - 582	32	5.11	4.09 - 6.13	0.34
324345	2021-04	2	53.3	42.5 - 64.1	3.6	507	405 - 609	34	5.33	4.25 - 6.41	0.36
324348	2021-04	1	53.3	42.5 - 64.1	3.6	507	405 - 609	34	5.33	4.25 - 6.41	0.36

Precinorm Protein, No. 10557897 122

294543	2020-05	5	9.78	7.83 - 11.73	0.65	93.1	74.5 - 111.7	6.2	0.978	0.783 - 1.173	0.065
--------	---------	---	------	--------------	------	------	--------------	-----	-------	---------------	-------

Precipath Protein, No. 11333127 122

272990	2020-07	5	56.0	44.9 - 67.1	3.7	533	425 - 641	36	5.60	4.49 - 6.71	0.37
391706	2021-07	2	55.6	44.5 - 66.7	3.7	529	424 - 634	35	5.56	4.45 - 6.67	0.37

CRP T Control N, No. 20766321 322

247474	2020-06	2	3.22	2.59 - 3.85	0.21	30.7	24.7 - 36.7	2.0	0.322	0.259 - 0.385	0.021
343029	2021-05	2	3.68	2.93 - 4.43	0.25	35.0	28.1 - 41.9	2.3	0.368	0.293 - 0.443	0.025
430859	2022-08	2	3.23	2.57 - 3.89	0.22	30.7	24.7 - 36.7	2.0	0.323	0.257 - 0.389	0.022

CRP4



Tina-quant C-Reactive Protein IV

Roche/Hitachi
cobas c 501/502 analyzers

07876033 190, System-ID 07 7607 6

For **cobas c 501** analyzer:
CRP4: ACN 256 *


For **cobas c 502** analyzer:
CRP4: ACN 8256 *

LOT		e-BC Ver.		mg/L	nmol/L	mg/dL
		c501	c502	Calibration Value	Calibration Value	Calibration Value

C.f.a.s. Proteins, No. 11355279 216

277906	2020-03	5	5	99.4	946	9.94
312505	2020-07	5	5	99.0	942	9.90
336551	2021-01	3	3	92.5	881	9.25
366488	2021-03	2	2	93.1	886	9.31

* not for use in the USA

LOT		e-BC Ver.		mg/L			nmol/L			mg/dL		
		c501	c502	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD
PreciControl ClinChem Multi 1, No. 05947626 190, 05117003 190, 05117208 922 (Q.C.S.)												
191102	2019-10	6	6	8.09	6.47 - 9.71	0.54	77.0	61.7 - 92.3	5.1	0.809	0.647 - 0.971	0.054
191118	2020-03	6	6	8.15	6.53 - 9.77	0.54	77.6	62.0 - 93.2	5.2	0.815	0.653 - 0.977	0.054
250241	2020-11	6	6	8.62	6.91 - 10.33	0.57	82.1	65.6 - 98.6	5.5	0.862	0.691 - 1.033	0.057
250254	2020-10	5	5	9.16	7.33 - 10.99	0.61	87.2	69.8 - 104.6	5.8	0.916	0.733 - 1.099	0.061
324196	2021-04	4	4	9.26	7.40 - 11.12	0.62	88.2	70.5 - 105.9	5.9	0.926	0.740 - 1.112	0.062
324209	2021-08	2	2	9.81	7.86 - 11.76	0.65	93.4	74.8 - 112.0	6.2	0.981	0.786 - 1.176	0.065
324213	2021-07	1	1	9.51	7.62 - 11.40	0.63	90.5	72.5 - 108.5	6.0	0.951	0.762 - 1.140	0.063
324222	2021-10	1	1	9.78	7.83 - 11.73	0.65	93.1	74.5 - 111.7	6.2	0.978	0.783 - 1.173	0.065
PreciControl ClinChem Multi 2, No. 05947774 190, 05117216 190, 05117291 922 (Q.C.S.)												
191111	2020-01	6	6	37.3	29.8 - 44.8	2.5	355	283 - 427	24	3.73	2.98 - 4.48	0.25
191112	2020-01	6	6	37.3	29.8 - 44.8	2.5	355	283 - 427	24	3.73	2.98 - 4.48	0.25
191125	2020-03	6	6	36.9	29.4 - 44.4	2.5	351	282 - 420	23	3.69	2.94 - 4.44	0.25
250228	2020-06	6	6	53.2	42.7 - 63.7	3.5	506	404 - 608	34	5.32	4.27 - 6.37	0.35
250267	2020-11	5	5	52.7	42.2 - 63.2	3.5	502	403 - 601	33	5.27	4.22 - 6.32	0.35
250280	2020-12	4	4	49.6	39.7 - 59.5	3.3	472	379 - 565	31	4.96	3.97 - 5.95	0.33
324345	2021-04	2	2	51.7	41.5 - 61.9	3.4	492	393 - 591	33	5.17	4.15 - 6.19	0.34
324348	2021-04	1	1	51.7	41.5 - 61.9	3.4	492	393 - 591	33	5.17	4.15 - 6.19	0.34
Precinorm Protein, No. 10557897 122												
294543	2020-05	5	5	9.78	7.83 - 11.73	0.65	93.1	74.5 - 111.7	6.2	0.978	0.783 - 1.173	0.065
Precipath Protein, No. 11333127 122												
272990	2020-07	5	5	54.9	43.8 - 66.0	3.7	523	418 - 628	35	5.49	4.38 - 6.60	0.37
391706	2021-07	2	2	54.5	43.7 - 65.3	3.6	519	414 - 624	35	5.45	4.37 - 6.53	0.36
CRP T Control N, No. 20766321 322												
247474	2020-06	2	2	3.22	2.59 - 3.85	0.21	30.7	24.7 - 36.7	2.0	0.322	0.259 - 0.385	0.021
343029	2021-05	2	2	3.68	2.93 - 4.43	0.25	35.0	28.1 - 41.9	2.3	0.368	0.293 - 0.443	0.025
430859	2022-08	2	2	3.23	2.57 - 3.89	0.22	30.7	24.7 - 36.7	2.0	0.323	0.257 - 0.389	0.022

CRP4



Tina-quant C-Reactive Protein IV

Roche/Hitachi
cobas c 701/702 analyzers

07876424 190, System-ID 05 7607 6

CRP4: ACN 8256 *

LOT		e-BC Ver.		mg/L	nmo/L	mg/dL
		c701	c702	Calibration Value	Calibration Value	Calibration Value

C.f.a.s. Proteins, No. 11355279 216

277906	2020-03	5	5	99.4	946	9.94
312505	2020-07	5	5	99.0	942	9.90
336551	2021-01	3	3	92.5	881	9.25
366488	2021-03	2	2	93.1	886	9.31

* not for use in the USA

LOT		e-BC Ver.		mg/L			nmol/L			mg/dL		
		c701	c702	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD

PreciControl ClinChem Multi 1, No. 05947626 190, 05117003 190, 05117208 922 (Q.C.S.)

191102	2019-10	5	5	8.09	6.47 - 9.71	0.54	77.0	61.7 - 92.3	5.1	0.809	0.647 - 0.971	0.054
191118	2020-03	5	5	8.15	6.53 - 9.77	0.54	77.6	62.0 - 93.2	5.2	0.815	0.653 - 0.977	0.054
250241	2020-11	6	6	8.62	6.91 - 10.33	0.57	82.1	65.6 - 98.6	5.5	0.862	0.691 - 1.033	0.057
250254	2020-10	5	5	9.16	7.33 - 10.99	0.61	87.2	69.8 - 104.6	5.8	0.916	0.733 - 1.099	0.061
324196	2021-04	4	4	9.26	7.40 - 11.12	0.62	88.2	70.5 - 105.9	5.9	0.926	0.740 - 1.112	0.062
324209	2021-08	2	2	9.81	7.86 - 11.76	0.65	93.4	74.8 - 112.0	6.2	0.981	0.786 - 1.176	0.065
324213	2021-07	1	1	9.51	7.62 - 11.40	0.63	90.5	72.5 - 108.5	6.0	0.951	0.762 - 1.140	0.063
324222	2021-10	1	1	9.78	7.83 - 11.73	0.65	93.1	74.5 - 111.7	6.2	0.978	0.783 - 1.173	0.065

PreciControl ClinChem Multi 2, No. 05947774 190, 05117216 190, 05117291 922 (Q.C.S.)

191111	2020-01	6	6	38.4	30.6 - 46.2	2.6	366	294 - 438	24	3.84	3.06 - 4.62	0.26
191112	2020-01	6	6	38.4	30.6 - 46.2	2.6	366	294 - 438	24	3.84	3.06 - 4.62	0.26
191125	2020-03	6	6	38.0	30.5 - 45.5	2.5	362	290 - 434	24	3.80	3.05 - 4.55	0.25
250228	2020-06	6	6	54.8	43.7 - 65.9	3.7	522	417 - 627	35	5.48	4.37 - 6.59	0.37
250267	2020-11	5	5	54.3	43.5 - 65.1	3.6	517	415 - 619	34	5.43	4.35 - 6.51	0.36
250280	2020-12	4	4	51.1	40.9 - 61.3	3.4	486	390 - 582	32	5.11	4.09 - 6.13	0.34
324345	2021-04	2	2	53.3	42.5 - 64.1	3.6	507	405 - 609	34	5.33	4.25 - 6.41	0.36
324348	2021-04	1	1	53.3	42.5 - 64.1	3.6	507	405 - 609	34	5.33	4.25 - 6.41	0.36

Precinorm Protein, No. 10557897 122

294543	2020-05	5	5	9.98	7.97 - 11.99	0.67	95.0	76.1 - 113.9	6.3	0.998	0.797 - 1.199	0.067
--------	---------	---	---	------	--------------	------	------	--------------	-----	-------	---------------	-------

Precipath Protein, No. 11333127 122

272990	2020-07	5	5	56.5	45.1 - 67.9	3.8	538	430 - 646	36	5.65	4.51 - 6.79	0.38
391706	2021-07	2	2	56.1	45.0 - 67.2	3.7	534	426 - 642	36	5.61	4.50 - 6.72	0.37

CRP T Control N, No. 20766321 322

247474	2020-06	2	2	3.22	2.59 - 3.85	0.21	30.7	24.7 - 36.7	2.0	0.322	0.259 - 0.385	0.021
343029	2021-05	2	2	3.68	2.93 - 4.43	0.25	35.0	28.1 - 41.9	2.3	0.368	0.293 - 0.443	0.025
430859	2022-08	2	2	3.23	2.57 - 3.89	0.22	30.7	24.7 - 36.7	2.0	0.323	0.257 - 0.389	0.022

HDLC3 *



HDLC-Cholesterol plus 3rd generation *

Roche/Hitachi
cobas c 311/501/502 analyzers

04399803 190, System-ID 07 6833 2

Roche/Hitachi
cobas c 701/702 analyzers

05168805 190, System-ID 05 6833 2

For **cobas c 311/501** analyzers:
HDLC3: ACN 435 *

For **cobas c 701/702** analyzers:
HDLC3: ACN 8435 *

For **cobas c 502** analyzer:
HDLC3: ACN 8435 *

LOT		e-BC Ver.					mmol/L	mg/dL	g/L
		c311	c501	c502	c701	c702	Calibration Value	Calibration Value	Calibration Value
C.f.a.s. Lipids, No. 12172623 122									
340855	2019-12	2	2	2	2	2	1.41	54.5	0.545
378927	2020-04	2	2	2	2	2	1.48	57.2	0.572
383634	2020-08	2	2	2	2	2	1.57	60.7	0.607
396372	2020-12	2	2	2	2	2	1.55	59.9	0.599
C.f.a.s. Lipids, No. 12172623 160									
340855	2019-12	2	2	2	2	2	1.41	54.5	0.545
378927	2020-04	1	1	1	1	1	1.48	57.2	0.572
383634	2020-08	2	2	2	2	2	1.57	60.7	0.607
396372	2020-12	1	1	1	1	1	1.55	59.9	0.599

* not for use in the USA

LOT		e-BC Ver.					mmol/L			mg/dL			g/L			
		c311	c501	c502	c701	c702	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD	
PreciControl ClinChem Multi 1, No. 05947626 190, 05117003 190, 05117208 922 (Q.C.S.)																
191102	2019-10	6	6	6	5	5	0.674	0.512 - 0.836	0.054	26.1	19.8 - 32.4	2.1	0.261	0.198 - 0.324	0.021	
191118	2020-03	6	6	6	5	5	0.745	0.565 - 0.925	0.060	28.8	21.9 - 35.7	2.3	0.288	0.219 - 0.357	0.023	
250241	2020-11	6	6	6	6	6	0.634	0.481 - 0.787	0.051	24.5	18.5 - 30.5	2.0	0.245	0.185 - 0.305	0.020	
250254	2020-10	5	5	5	5	5	0.707	0.536 - 0.878	0.057	27.3	20.7 - 33.9	2.2	0.273	0.207 - 0.339	0.022	
324196	2021-04	4	4	4	4	4	0.730	0.556 - 0.904	0.058	28.2	21.3 - 35.1	2.3	0.282	0.213 - 0.351	0.023	
324209	2021-08	2	2	2	2	2	0.785	0.596 - 0.974	0.063	30.3	23.1 - 37.5	2.4	0.303	0.231 - 0.375	0.024	
324213	2021-07	1	1	1	1	1	0.874	0.664 - 1.084	0.070	33.8	25.7 - 41.9	2.7	0.338	0.257 - 0.419	0.027	
324222	2021-10	1	1	1	1	1	0.661	0.502 - 0.820	0.053	25.6	19.6 - 31.6	2.0	0.256	0.196 - 0.316	0.020	
PreciControl ClinChem Multi 1, No. 05947626 160																
191102	2019-10	6	6	6	5	5	0.674	0.512 - 0.836	0.054	26.1	19.8 - 32.4	2.1	0.261	0.198 - 0.324	0.021	
250241	2020-11	2	2	2	2	2	0.634	0.481 - 0.787	0.051	24.5	18.5 - 30.5	2.0	0.245	0.185 - 0.305	0.020	
250254	2020-10	4	4	4	4	4	0.707	0.536 - 0.878	0.057	27.3	20.7 - 33.9	2.2	0.273	0.207 - 0.339	0.022	
324209	2021-08	2	2	2	2	2	0.785	0.596 - 0.974	0.063	30.3	23.1 - 37.5	2.4	0.303	0.231 - 0.375	0.024	
PreciControl ClinChem Multi 2, No. 05947774 190, 05117216 190, 05117291 922 (Q.C.S.)																
191111	2020-01	6	6	6	6	6	1.63	1.24 - 2.02	0.13	63.0	48.0 - 78.0	5.0	0.630	0.480 - 0.780	0.050	
191112	2020-01	6	6	6	6	6	1.65	1.26 - 2.04	0.13	63.8	48.5 - 79.1	5.1	0.638	0.485 - 0.791	0.051	
191125	2020-03	6	6	6	6	6	1.45	1.09 - 1.81	0.12	56.1	42.6 - 69.6	4.5	0.561	0.426 - 0.696	0.045	
250228	2020-06	6	6	6	6	6	1.42	1.09 - 1.75	0.11	54.9	41.7 - 68.1	4.4	0.549	0.417 - 0.681	0.044	
250267	2020-11	5	5	5	5	5	1.51	1.15 - 1.87	0.12	58.4	44.3 - 72.5	4.7	0.584	0.443 - 0.725	0.047	
250280	2020-12	4	4	4	4	4	1.91	1.46 - 2.36	0.15	73.8	56.1 - 91.5	5.9	0.738	0.561 - 0.915	0.059	
324345	2021-04	2	2	2	2	2	1.75	1.33 - 2.17	0.14	67.7	51.5 - 83.9	5.4	0.677	0.515 - 0.839	0.054	
324348	2021-04	1	1	1	1	1	1.73	1.31 - 2.15	0.14	66.9	50.7 - 83.1	5.4	0.669	0.507 - 0.831	0.054	
PreciControl ClinChem Multi 2, No. 05947774 160																
250267	2020-11	4	4	4	4	4	1.51	1.15 - 1.87	0.12	58.4	44.3 - 72.5	4.7	0.584	0.443 - 0.725	0.047	
250280	2020-12	2	2	2	2	2	1.91	1.46 - 2.36	0.15	73.8	56.1 - 91.5	5.9	0.738	0.561 - 0.915	0.059	
324345	2021-04	3	3	3	3	3	1.75	1.33 - 2.17	0.14	67.7	51.5 - 83.9	5.4	0.677	0.515 - 0.839	0.054	

* not for use in the USA

C3C-2**Tina-quant Complement C3c ver.2**

Roche/Hitachi
cobas c 311/501/502 analyzers

03001938 322, System-ID 07 6560 0

Roche/Hitachi
cobas c 701/702 analyzers

05991986 190, System-ID 03 6560 0

For **cobas c** 311/501 analyzers:
C3C-2: ACN 036

For **cobas c** 701/702 analyzers:
C3C-2: ACN 8036

For **cobas c** 502 analyzer:
C3C-2: ACN 8036

LOT	e-BC Ver.					g/L	mg/dL
	c311	c501	c502	c701	c702	Calibration Value	Calibration Value

C.f.a.s. Proteins, No. 11355279 216

199428	5	5	5	5	5	2.36	236
277668	4	4	4	4	4	2.36	236
281130	4	4	4	4	4	2.36	236
281134	4	4	4	4	4	2.36	236
281135	4	4	4	4	4	2.36	236
223235	4	4	4	4	4	2.31	231
277906	4	4	4	4	4	2.40	240
312505	4	4	4	4	4	2.27	227
336551	2	2	2	2	2	2.20	220

C.f.a.s. Proteins, No. 11355279 160

199428	5	5	5	5	5	2.36	236
223235	4	4	4	4	4	2.31	231
277906	4	4	4	4	4	2.40	240
312505	4	4	4	4	4	2.27	227
336551	1	1	1	1	1	2.20	220

ASLOT



Tina-quant Antistreptolysin O

Roche/Hitachi
cobas c 311/501/502 analyzers

04489403 190, System-ID 07 6865 0

Roche/Hitachi
cobas c 701/702 analyzers

05219191 190, System-ID 05 6865 0

For **cobas c** 311/501 analyzers:
ASLOT: ACN 037

For **cobas c** 701/702 analyzers:
ASLOT: ACN 8037

For **cobas c** 502 analyzer:
ASLOT: ACN 8037

LOT	e-BC Ver.					IU/mL
	c311	c501	c502	c701	c702	Calibration Value

C.f.a.s. PAC, No. 03555941 190

211410	2	2	2	2	2	297
305634	2	2	2	2	2	290
383319	2	2	2	2	2	283

ASLOT

LOT	e-BC Ver.					IU/mL		
	c311	c501	c502	c701	c702	Value	Range	1SD

PreciControl ClinChem Multi 1, No. 05947626 190, 05117003 190, 05117208 922 (Q.C.S.)

132859	5	5	5	5	5	131	101 - 161	10
144514	6	6	6	6	6	128	98 - 158	10
154342	6	6	6	6	6	132	99 - 165	11
160400	5	5	5	5	5	130	100 - 160	10
160401	5	5	5	5	5	130	100 - 160	10
160407	6	6	6	6	6	131	101 - 161	10
160410	6	6	6	6	6	131	101 - 161	10
191102	5	5	5	4	4	127	97 - 157	10
191118	5	5	5	4	4	127	97 - 157	10
250241	5	5	5	5	5	128	98 - 158	10
250254	4	4	4	4	4	132	99 - 165	11
348270	4	4	4	4	4	131	101 - 161	10
324196	3	3	3	3	3	132	99 - 165	11

PreciControl ClinChem Multi 1, No. 05947626 160

144514	6	6	6	6	6	128	98 - 158	10
191102	5	5	5	4	4	127	97 - 157	10
250241	1	1	1	1	1	128	98 - 158	10
250254	3	3	3	3	3	132	99 - 165	11

PreciControl ClinChem Multi 2, No. 05947774 190, 05117216 190, 05117291 922 (Q.C.S.)

132865	7	7	7	7	7	266	203 - 329	21
154345	7	6	6	6	6	265	202 - 328	21
160386	6	6	6	6	6	250	190 - 310	20
160393	7	7	7	7	7	269	203 - 335	22
191111	5	5	5	5	5	263	200 - 326	21
191112	5	5	5	5	5	263	200 - 326	21
191125	5	5	5	5	5	265	202 - 328	21
250228	5	5	5	5	5	269	203 - 335	22
250267	4	4	4	4	4	264	201 - 327	21
250280	3	3	3	3	3	276	210 - 342	22
348273	4	4	4	4	4	269	203 - 335	22
324345	1	1	1	1	1	251	191 - 311	20
324348	1	1	1	1	1	251	191 - 311	20

PreciControl ClinChem Multi 2, No. 05947774 160

154345	5	5	5	5	5	265	202 - 328	21
250267	3	3	3	3	3	264	201 - 327	21
250280	1	1	1	1	1	276	210 - 342	22

Precinorm Protein, No. 10557897 122

223237	4	4	4	4	4	153	117 - 189	12
294543	4	4	4	4	4	150	114 - 186	12

Precinorm Protein, No. 10557897 160

223237	4	4	4	4	4	153	117 - 189	12
294543	4	4	4	4	4	150	114 - 186	12

Precipath Protein, No. 11333127 122

272990	4	4	4	4	4	287	218 - 356	23
391706	1	1	1	1	1	313	238 - 388	25

Precipath Protein, No. 11333127 160

272990	4	4	4	4	4	287	218 - 356	23
391706	1	1	1	1	1	313	238 - 388	25

KAPP2 *



Tina-quant Kappa Gen.2 *

Roche/Hitachi
cobas c 311/501/502 analyzers

06749976 190, System-ID 07 6811 1

Roche/Hitachi
cobas c 701/702 analyzers

05992010 190, System-ID 03 6811 1

For cobas c 311/501 analyzers:
KAPP2: ACN 283 *

For cobas c 701/702 analyzers:
KAPP2: ACN 8283 *

For cobas c 502 analyzer:
KAPP2: ACN 8283 *

LOT	e-BC Ver.					g/L			mg/dL		
	c311	c501	c502	c701	c702	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD

PreciControl ClinChem Multi 1, No. 05947626 190, 05117003 190, 05117208 922 (Q.C.S.)

132859	5	5	5	5	5	1.99	1.51 - 2.47	0.16	199	151 - 247	16
144514	6	6	6	6	6	1.96	1.48 - 2.44	0.16	196	148 - 244	16
154342	6	6	6	6	6	2.00	1.52 - 2.48	0.16	200	152 - 248	16
160400	5	5	5	5	5	1.95	1.47 - 2.43	0.16	195	147 - 243	16
160401	5	5	5	5	5	1.95	1.47 - 2.43	0.16	195	147 - 243	16
160407	6	6	6	6	6	1.98	1.50 - 2.46	0.16	198	150 - 246	16
160410	6	6	6	6	6	1.98	1.50 - 2.46	0.16	198	150 - 246	16
191102	5	5	5	4	4	1.90	1.45 - 2.35	0.15	190	145 - 235	15
191118	5	5	5	4	4	1.92	1.47 - 2.37	0.15	192	147 - 237	15
250241	5	5	5	5	5	1.97	1.49 - 2.45	0.16	197	149 - 245	16
250254	4	4	4	4	4	2.04	1.56 - 2.52	0.16	204	156 - 252	16
348270	4	4	4	4	4	1.98	1.50 - 2.46	0.16	198	150 - 246	16
324196	3	3	3	3	3	2.00	1.52 - 2.48	0.16	200	152 - 248	16

* not for use in the USA

Glossary

EN	Glossary	Page	Calibration value	Value	Range	1SD	not for use in the USA
DE	Glossar	Seite	Kalibrationswert	Wert	Bereich	1SD	nicht zur Verwendung in den USA
FR	Glossaire	Page	Valeur de calibration	Valeur	Intervalle	1SD	non disponible aux USA
ES	Glosario	Página	Valor de calibración	Valor	Intervalo	1DE	no se utiliza en los EE. UU.
IT	Glossario	Pagina	Valore di calibrazione	Valore	Intervallo	1DS	non per l'uso negli USA
PT	Glossário	Página	Valor de calibração	Valor	Intervalo	1DP	não disponível nos EUA
DA	Ordlister	Side	Kalibreringsværdi	Værdi	Område	1SD	ikke til brug i USA
SV	Ordlista	Sida	Kalibreringsvärde	Värde	Intervall	1SD	används ej i USA
NO	Ordlister	Side	Kalibreringsverdi	Verdi	Område	1SD	ikke tilgjengelig i USA
CS	Glosář	Strana	Kalibrační hodnota	Hodnota	Rozsah	1SD	není určeno pro použití v USA
SK	Slovník	Strana	Kalibračná hodnota	Hodnota	Rozsah	1SD	nie je určené na použitie v USA
PL	Słownik	Strona	Wartość kalibracji	Wartość	Zakres	1SD	nie do użycia w USA
HU	Fogalomtár	Oldal	Kalibrációs érték	Érték	Tartomány	1SD	az USA területén nem alkalmazandó
EL	Γλωσσάριο	Σελίδα	Τιμή βαθμονόμησης	Τιμή	Εύρος	1SD	δεν προορίζεται για χρήση στις Η.Π.Α.
TR	Sözlükçe	Sayfa	Kalibrasyon değeri	Değer	Aralık	1SD	ABD'de kullanılmaz
BG	Речник	Страница	Калибрационна стойност	Стойност	Обхват	1SD	не се използва в САЩ
ET	Sõnastik	Lehekülg	Kalibreerimisväärtus	Väärtus	Vahemik	1SD	Ei ole kasutamiseks Ameerika Ühendriikides.
LT	Terminų žodynas	Puslapis	Kalibravimo reikšmė	Reikšmė	Intervalas	1SD	neprieinama JAV
LV	Vārdnīca	Lapa	Kalibrācijas vērtība	Vērtība	Diapazons	1SN	nav paredzēts lietošanai ASV
RU	Глоссарий	Страница	Калибровочное значение	Значение	Диапазон	1SD	Не для использования в США
VI	Bảng chú giải thuật ngữ	Trang	Giá trị chuẩn định	Giá trị	Khoảng	1SD	không sử dụng ở Mỹ
ZH	词汇表	页码	定标值	数值	范围	1SD	不可用于美国
RO	Glosar	Pagina	Valoare de calibrare	Valoare	Interval	1SD	nu este destinat utilizării în SUA
UK	Глосарій	Сторінка	Калібрувальне значення	Значення	Діапазон	1CB	для використання у країнах за межами США

EN	Supplemental Value Sheet	Please note that following data have been modified or added.
DE	Ergänzendes Wertebblatt	Bitte beachten Sie, dass folgende Daten geändert oder hinzugefügt wurden.
FR	Fiche de valeurs complémentaire	Veillez noter que les données suivantes ont été modifiées ou ajoutées.
ES	Ficha de valores adicional	Observe que los siguientes datos han sido modificados o añadidos.
IT	Foglietto aggiuntivo relativo ai valori teorici	Nota: i seguenti dati sono stati modificati o aggiunti.
PT	Folha de valores suplementar	Note que os seguintes dados foram modificados ou adicionados.
DA	Supplerende værdiskema	Bemærk, at nedenstående data er ændret eller tilføjet.
SV	Kompletterande värdeark	Observera att följande data har ändrats eller lagts till.
NO	Supplerende verdiskjema	Vær oppmerksom på at følgende data er endret eller lagt til.
CS	Doplňkový list hodnot	Vezměte, prosím, na vědomí, že následující údaje byly změněny nebo přidány.
SK	Doplňková tabuľka hodnôt	Upozorňujeme Vás, že nasledujúce údaje boli upravené alebo pridané.
PL	Uzupełniający arkusz wartości	Należy zwrócić uwagę, że podane poniżej dane zostały zmodyfikowane lub zostały dodane.
HU	Rótdatlap	Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az alábbi adatokat módosították ill. hozzáadták.
EL	Συμπληρωματικό φύλλο τιμών	Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω δεδομένα έχουν τροποποιηθεί ή προσεθεί.
TR	Tamamlayıcı Değer Sayfası	Aşağıdaki verilerde değişiklik veya ekleme yapıldığını lütfen dikkate alın.
BG	Допълнителна листовка със стойности	Моля, обърнете внимание, че следните данни са променени или добавени.
ET	Lisaväärtuste leht	Juhime tähelepanu, et järgmised andmed on muudetud või lisatud.
LT	Papildoma reikšmių lentelė	Atkreipkite dėmesį, kad šie duomenys buvo pakeisti arba papildyti.
LV	Papildu vērtību lapa	Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir mainīti vai pievienoti turpmāk norādītie dati.
RU	Дополнительный перечень значений	Обратите внимание, что следующие данные были изменены или добавлены.
VI	Tờ giá trị bổ sung	Vui lòng lưu ý rằng dữ liệu sau đã được sửa đổi hoặc bổ sung.
ZH	补充靶值单	请注意：已修改或添加下列数据。
RO	Fișă cu valori suplimentară	Rețineți că următoarele date au fost modificate sau adăugate.
UK	Додаткова таблиця значень	Зверніть увагу, що було змінено або додано такі дані: