

Elecsys Calcitonin

REF			SYSTEM
09005676119	09005676500	100	cobas e 402 cobas e 801

Français

Informations techniques

Nom abrégé	ACN (code d'application)
HCT	10191

Domaine d'utilisation

Test immunologique pour la détermination quantitative in vitro de la calcitonine (thyrocalcitonine) humaine dans le sérum et le plasma. Associée aux données cliniques et à d'autres résultats de laboratoire, la détermination de la calcitonine est un outil de diagnostic et de suivi des affections des glandes thyroïde et parathyroïdes, dont les tumeurs cancéreuses et l'hyperparathyroïdie.

Ce test par électrochimiluminescence « ECLIA » s'utilise sur les systèmes d'immunoanalyse **cobas e**.

Note: Veuillez noter que le numéro apparaissant sur l'encart détient seulement les 8 premiers chiffres du numéro de catalogue à 11 chiffres qui est homologué : 09005676190 pour Elecsys Calcitonin. Les 3 derniers chiffres -190 ont été remplacés par -119 à des fins logistiques.

Caractéristiques

La calcitonine humaine (hCT) est un peptide de 32 acides aminés d'un poids moléculaire de 3418 Da sécrété principalement par les cellules parafolliculaires (cellules C) de la thyroïde.¹ Elle est métabolisée dans le foie et le rein et régulée par les taux sériques de calcium. Sur le plan physiologique, la hCT intervient dans le métabolisme phosphocalcique. C'est un inhibiteur de la résorption osseuse qui prévient la perte osseuse lors de stress calcique (grossesse, allaitement, croissance, etc.).^{2,3}

Les taux sériques de hCT sont relativement élevés chez le nourrisson, diminuent rapidement et sont relativement stables de l'enfance à la vie adulte. En général, les taux sériques de hCT sont plus élevés chez l'homme que chez la femme, le tabagisme pouvant toutefois provoquer une augmentation des taux sériques.^{4,5,6}

Le principal syndrome clinique associé à une hypersécrétion de hCT est le carcinome médullaire de la thyroïde (CMT), un tumeur affectant les cellules sécrétant la calcitonine qui représente 5 à 10 % de tous les cancers thyroïdiens. 75 à 80 % des cas sont sporadiques, le reste étant lié à des affections autosomiques dominantes, dans lesquelles le CMT est l'un des éléments cliniques du syndrome de néoplasie endocrinienne multiple (NEM) de type 2 et de la forme familiale du CMT. Des lignes directrices de prise en charge du CMT ont été développées par l'ATA (American Thyroid Association) et recommandent le dosage de la calcitonine pour la stratification du risque et le choix du traitement du CMT, ainsi que pour le suivi et le traitement des patients après thyroïdectomie.^{7,8} Ces recommandations ont été approuvées par l'ETA (European Thyroid Association) et élargies par un Panel d'experts européens suggérant le dosage sérique de la calcitonine en routine chez les patients présentant un nodule thyroïdien.⁹ Les taux de calcitonine modérément élevés peuvent être faussement positifs pour des raisons techniques ou s'ils sont dus à la présence d'autres pathologies rares (autres tumeurs neuroendocrines, hyperparathyroïdie, insuffisance rénale, etc.). De ce fait, le Panel d'experts européens recommande la pratique de tests de stimulation chez les sujets présentant une valeur de calcitonine basale élevée, par injection de pentagastrine ou par perfusion rapide de calcium. La plupart des CMT répondent à la stimulation par une augmentation significative du taux de hCT.^{10,11}

Le test Elecsys Calcitonin utilise des anticorps monoclonaux de souris spécifiques de la hCT marqués au ruthénium^a.

a) (Ru(bpy)₃²⁺) : Tris(2,2'-bipyridyl)ruthénium(II)

Principe

Méthode « sandwich ». Durée totale du cycle analytique: 18 minutes

- 1ère incubation: 30 µL d'échantillon sont mis en présence d'un anticorps monoclonal anti-hCT biotinylé et d'un anticorps monoclonal anti-hCT marqué au ruthénium. Il se forme un « sandwich ».
- 2ème incubation: les microparticules tapissées de streptavidine sont ajoutées dans la cuvette réactionnelle. Le complexe immun est fixé à la phase solide par une liaison streptavidine-biotine.

- Le mélange réactionnel est aspiré dans la cellule de mesure où les microparticules sont maintenues au niveau de la surface de l'électrode par un aimant. L'élimination de la fraction libre est effectuée par le passage de ProCell II M. Une différence de potentiels appliquée à l'électrode déclenche la production de luminescence qui est mesurée par un photomultiplicateur.
- Les résultats sont obtenus à l'aide d'une courbe de calibration. Celle-ci est générée spécifiquement pour l'analyseur utilisé par une calibration en 2 points et une courbe de référence fournie via **cobas link**.

Réactifs - composition et concentrations

Le **cobas e** pack est étiqueté HCT.

- M Microparticules tapissées de streptavidine, 1 flacon, 5.8 mL:
Microparticules tapissées de streptavidine 0.72 mg/mL; conservateur
- R1 Ac anti-hCT-biotine, 1 flacon, 7.2 mL:
Anticorps monoclonal (souris) anti-hCT biotinylé 1.50 mg/L; tampon phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; conservateur
- R2 Ac anti-hCT-Ru(bpy)₃²⁺, 1 flacon, 7.2 mL:
Anticorps monoclonal (souris) anti-hCT ruthénylé 1.0 mg/L; tampon phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; conservateur

Précautions d'emploi et mises en garde

Pour diagnostic in vitro, usage réservé aux professionnels de santé. Observer les précautions habituelles de manipulation en laboratoire.

Déchets infectieux ou microbiens :

Mise en garde : Manipuler les déchets comme des matériaux potentiellement infectieux. Éliminer les déchets conformément aux instructions et aux procédures du laboratoire.

Risques environnementaux :

Suivre toutes les réglementations locales en vigueur pour une élimination en toute sécurité.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Ce coffret contient des substances classées de la manière suivante selon le Règlement (CE) No. 1272/2008 :



Mise en garde

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

Prévention :

P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P280 Porter des gants de protection.

Réponse :

P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Élimination :

Elecsys Calcitonin



P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets agréé.

L'étiquetage de sécurité du produit est conforme aux recommandations SGH de l'UE.

Contact tél.: tous pays: +49-621-7590

Éviter la formation de mousse dans les réactifs et les échantillons de tous types (échantillons de patients, calibrateurs et contrôles).

Préparation des réactifs

Les réactifs contenus dans le coffret sont prêts à l'emploi et ne peuvent être utilisés séparément.

Toutes les informations nécessaires au déroulement correct du test sont disponibles via **cobas** link.

Conservation et stabilité

Conservation entre 2 et 8 °C.

Ne pas congeler.

Ranger le **cobas e** pack en position verticale, de manière à ce que toutes les microparticules soient rassemblées pour l'homogénéisation automatique qui précède l'analyse.

Stabilité :	
Avant ouverture, entre 2 et 8 °C	Jusqu'à la date de péremption indiquée
Sur les analyseurs	16 semaines

Prélèvement et préparation des échantillons

Seuls les types d'échantillons indiqués ci-dessous ont été testés et peuvent être utilisés.

Sérum recueilli sur tubes de prélèvement standard ou contenant un gel séparateur.

Plasma recueilli sur héparinate de lithium, EDTA dipotassique et EDTA tripotassique.

Les tubes de prélèvement de plasma contenant un gel séparateur peuvent être utilisés.

Critère d'acceptabilité : Recouvrement avec un écart total $\leq \pm 2.0$ pg/mL de la valeur initiale aux concentrations ≤ 10 pg/mL ; recouvrement ± 20 % de la valeur initiale aux concentrations > 10 pg/mL et pente entre 0.9 et 1.1 + ordonnée à l'origine $\leq \pm 0.6$ pg/mL + coefficient de corrélation ≥ 0.95 .

Stabilité: 4 heures entre 20 et 25 °C, 1 jour entre 2 et 8 °C, 24 mois à -20 °C (± 5 °C). Une seule congélation possible.

Les différents types d'échantillons indiqués ci-dessus ont été testés à l'aide d'une sélection de tubes de prélèvement disponibles dans le commerce au moment du test : Les tubes de prélèvement des différents fabricants n'ont pas tous été testés. Les systèmes de prélèvement du sang de divers fabricants peuvent contenir différents matériaux pouvant, dans certains cas, avoir une influence sur le résultat du test. En cas d'utilisation de tubes primaires (systèmes de prélèvement du sang), suivre les instructions données par le fabricant.

Les échantillons qui contiennent un précipité doivent être centrifugés avant l'analyse.

Ne pas utiliser d'échantillons inactivés par la chaleur.

Les échantillons ou contrôles stabilisés par de l'azide ne doivent pas être utilisés.

S'assurer avant l'analyse que la température des échantillons de patients et des calibrateurs se situe entre 20 et 25 °C.

En raison des risques d'évaporation, il est recommandé de doser les échantillons et les calibrateurs dans les 2 heures qui suivent leur mise en place sur les analyseurs.

Matériel fourni

Voir paragraphe « Réactifs - composition et concentrations ».

Matériel auxiliaire nécessaire

- REF 09005684190, Calcitonin CalSet, pour 4 x 1.0 mL
- REF 05618860190, PreciControl Varia, pour 4 x 3.0 mL
- REF 07299010190, Diluent MultiAssay, 45.2 mL, diluant pour échantillon
- Équipement habituel de laboratoire

Analyseur **cobas e**

Matériel auxiliaire pour les analyseurs **cobas e** 402 et **cobas e** 801 :

- REF 06908799190, ProCell II M, 2 x 2 L, tampon système
- REF 04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L, solution de lavage pour la cellule de mesure
- REF 07485409001, Reservoir Cup, 8 réservoirs pour ProCell II M et CleanCell M
- REF 06908853190, PreClean II M, 2 x 2 L, solution de lavage
- REF 05694302001, Assay Tip/Assay Cup tray, 6 x 6 blocs de 105 embouts de pipettes et 105 cuvettes, 3 boîtes à déchets
- REF 07485425001, Liquid Flow Cleaning Cup, 2 tubes adaptateurs pour ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean pour Liquid Flow Cleaning Detection Unit
- REF 07485433001, PreWash Liquid Flow Cleaning Cup, 1 tube adaptateur pour ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean pour Liquid Flow Cleaning PreWash Unit
- REF 11298500316, ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean, 5 x 100 mL, solution de lavage du système

Réalisation du test

Pour garantir le bon fonctionnement du test, se conformer aux instructions relatives à l'analyseur utilisé indiquées dans le présent document. Pour les instructions spécifiques de l'analyseur, se référer au manuel d'utilisation approprié.

L'analyseur effectue automatiquement l'homogénéisation des microparticules.

Placer le **cobas e** pack réfrigéré (entre 2 et 8 °C) dans le compartiment réactif. Éviter la formation de mousse. L'analyseur gère le contrôle de la température des réactifs et l'ouverture/fermeture du **cobas e** pack.

Calibration

Traçabilité: la méthode a été standardisée par rapport à la préparation de référence internationale IRP 89/620 de l'OMS.

La courbe de référence est adaptée à l'analyseur à l'aide du CalSet respectif.

Fréquence des calibrations : Effectuer une calibration par lot de réactifs en utilisant du réactif frais (le **cobas e** pack ayant été enregistré depuis au maximum 24 heures sur l'analyseur).

La fréquence de calibration peut être réduite après une vérification acceptable de la calibration par le laboratoire.

Une nouvelle calibration est recommandée :

- après 12 semaines pour un même lot de réactif
- après 28 jours en utilisant le même **cobas e** pack sur l'analyseur
- si nécessaire : par ex. si les résultats du contrôle de qualité se situent en dehors des intervalles de confiance définis

Contrôle de qualité

Utiliser PreciControl Varia.

D'autres contrôles appropriés peuvent également être utilisés.

Il est recommandé de réaliser un dosage simple des contrôles (sans réplique) au moins une fois toutes les 24 heures pendant une routine, pour chaque nouveau **cobas e** pack et après chaque calibration.

La fréquence des contrôles et les limites de confiance devraient être adaptées aux exigences du laboratoire. Les résultats devraient se situer dans les limites de confiance définies. Chaque laboratoire devrait établir la procédure à suivre si les résultats se situent en dehors des limites définies.

Le cas échéant, refaire une analyse des échantillons concernés.

Se conformer à la réglementation et aux directives locales en vigueur relatives au contrôle de qualité.

Calcul des résultats

L'analyseur calcule automatiquement la concentration en analyte de chaque échantillon. Les résultats sont exprimés au choix en pg/mL ou en pmol/L.

Facteurs de conversion: $\text{pg/mL} \times 0.2926 = \text{pmol/L}$
 $\text{pmol/L} \times 3.4176 = \text{pg/mL}$

Elecsys Calcitonin



Limites d'utilisation - interférences

L'influence des substances endogènes et médicamenteuses suivantes sur les performances analytiques du test a été recherchée. Les interférences ont été testées jusqu'aux concentrations indiquées. Aucune influence sur les résultats n'a été observée.

Substances endogènes

Substance	Concentration testée
Bilirubine	≤ 1128 µmol/L ou ≤ 66 mg/dL
Hémoglobine	≤ 0.124 mmol/L ou ≤ 200 mg/dL
Intralipid	≤ 2000 mg/dL
Biotine	≤ 4912 nmol/L ou ≤ 1200 ng/mL
Facteur rhumatoïde	≤ 1200 UI/mL
IgG	≤ 4 g/dL
IgA	≤ 0.7 g/dL
IgM	≤ 0.4 g/dL

Critère d'acceptabilité : Pour les concentrations comprises entre 0.5 et 10 pg/mL, l'écart est ≤ 1 pg/mL. Pour les concentrations > 10 pg/mL, l'écart est ≤ 10 %.

On n'a pas observé d'effet crochet jusqu'à des concentrations en hCT de 1 µg/mL.

Substances pharmaceutiques

L'influence de 17 médicaments fréquemment administrés a été recherchée in vitro. Aucune interférence n'a été observée.

Par ailleurs, les médicaments antithyroïdiens suivants ont été testés. Aucune interférence n'a été observée.

Médicaments antithyroïdiens

Médicament	Concentration testée µg/mL
Iodure	0.2
Lévothyroxine	0.25
Carbimazole	30
Thiamazole	16
Propylthiouracil	60
Perchlorate	2000
Propranolol	240
Amiodarone	200
Prednisolone	100
Hydrocortisone	200
Fluocortolone	100
Octréotide	0.3

Critère d'acceptabilité : Recouvrement ± 10 % de la valeur initiale.

Dans des études in vitro, l'itraconazole a conduit à des résultats de calcitonine diminués à la dose thérapeutique quotidienne de 10 mg/L.

Les interférences médicamenteuses sont mesurées selon les recommandations des directives EP07 et EP37 du CLSI ou de toute autre publication de la littérature. Les effets de concentration dépassant ces recommandations n'ont pas été caractérisés.

Dans de rares cas, des titres extrêmement élevés d'anticorps dirigés contre des anticorps spécifiques de l'analyte, la streptavidine ou le ruthénium peuvent conduire à des interférences. Ces effets sont minimisés dans le test par un procédé approprié.

Pour le diagnostic, les résultats devraient toujours être confrontés aux données de l'anamnèse du patient, au tableau clinique et aux résultats d'autres examens.

Limites et intervalles

Domaine de mesure

0.5-2000 pg/mL (défini par la Limite de Détection et le maximum de la courbe de référence). Les taux situés au-dessous de la Limite de Détection sont exprimés de la manière suivante: < 0.5 pg/mL. Les taux situés au-

dessus du domaine de mesure sont exprimés de la manière suivante: > 2000 pg/mL ou jusqu'à 200000 pg/mL pour les échantillons dilués (1/100).

Limites inférieures de mesure

Limite du Blanc, Limite de Détection et Limite de Quantification

Limite du Blanc = 0.3 pg/mL

Limite de Détection = 0.5 pg/mL

Limite de Quantification = 1 pg/mL

La Limite du Blanc, la Limite de Détection et la Limite de Quantification ont été déterminées conformément aux exigences EP17-A2 du CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute).

La Limite du Blanc correspond au 95^{ème} centile d'au moins 60 déterminations d'échantillons exempts d'analyte dans plusieurs séries indépendantes. La Limite du Blanc correspond à la concentration au-dessous de laquelle on obtient des échantillons exempts d'analyte avec une probabilité de 95 %.

La Limite de Détection a été déterminée sur la base de la Limite du Blanc et de l'écart-type des échantillons de faible concentration. La Limite de Détection correspond à la concentration en analyte la plus basse qui peut être détectée (valeur située au-dessus de la Limite du Blanc avec une probabilité de 95 %).

La Limite de Quantification est définie comme étant la concentration en analyte la plus basse, mesurable de manière reproductible et donnant un CV inter-séries ≤ 20 %.

Dilution

Les échantillons présentant une concentration en hCT située au-dessus du domaine de mesure peuvent être dilués à l'aide de Diluent MultiAssay. Rapport de dilution recommandé : 1/100 (dilution automatique sur les analyseurs ou manuelle). La concentration de l'échantillon dilué doit être ≥ 20 pg/mL.

Si la dilution est effectuée manuellement, multiplier le résultat obtenu par le facteur de dilution.

Si la dilution est effectuée par l'analyseur, le logiciel tient compte automatiquement de la dilution lors du calcul de la concentration de l'échantillon.

Valeurs de référence

Les limites supérieures des intervalles de mesure correspondent au 97.5^{ème} centile.

Cohorte	n	97.5 ^{ème} centile	IC ^{b)} 95 % Limite inférieure	IC 95 % Limite supérieure
Femmes apparemment saines	193	6.40 pg/mL	5.17 pg/mL	9.82 pg/mL
Hommes apparemment sains	162	9.52 pg/mL	8.31 pg/mL	14.3 pg/mL

b) IC = intervalle de confiance

Chaque laboratoire devra vérifier la validité de ces valeurs et établir au besoin ses propres domaines de référence selon la population examinée.

Performances analytiques

Les performances analytiques indiquées ci-dessous sont représentatives. Les résultats obtenus au laboratoire peuvent différer de ceux-ci.

Précision

La précision a été déterminée à l'aide de réactifs Elecsys, de pools de sérum humain et de contrôles, selon un protocole (EP05-A3) du CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute). Chaque échantillon a été dosé en double dans 2 séries par jour pendant 21 jours (n = 84). Les résultats suivants ont été obtenus:

Elecsys Calcitonin

Analyseurs cobas e 402 et cobas e 801					
Échantillon	Moyenne pg/mL	Répétabilité		Précision inter-médiaire	
		SD pg/mL	CV %	SD pg/mL	CV %
Sérum humain 1	1.14	0.040	3.5	0.054	4.7
Sérum humain 2	10.3	0.200	1.9	0.253	2.5
Sérum humain 3	64.2	2.30	3.6	2.47	3.8
Sérum humain 4	1021	18.5	1.8	25.6	2.5
Sérum humain 5	1905	30.8	1.6	101	5.3
PreciControl Varia 1	9.79	0.139	1.4	0.173	1.8
PreciControl Varia 2	88.5	1.16	1.3	1.74	2.0

Comparaison de méthodes

a) Une comparaison du test Elecsys Calcitonin, [REF] 09005676190 (analyseur **cobas e 801** ; y) avec le test Elecsys Calcitonin, [REF] 07027044190 (analyseur **cobas e 801** ; x) a donné les corrélations suivantes (en pg/mL) :

Nombre d'échantillons analysés : 124

Passing/Bablok¹² Régression linéaire

$$y = 1.02x + 0.430$$

$$y = 1.01x - 1.23$$

$$\tau = 0.983$$

$$r = 0.999$$

Les concentrations des échantillons étaient situées entre 0.572 et 1913 pg/mL.

b) Une comparaison du test Elecsys Calcitonin, [REF] 09005676190 (analyseur **cobas e 402** ; y) avec le test Elecsys Calcitonin, [REF] 09005676190 (analyseur **cobas e 801** ; x) a donné les corrélations suivantes (en pg/mL) :

Nombre d'échantillons analysés : 127

Passing/Bablok¹² Régression linéaire

$$y = 1.00x - 0.024$$

$$y = 0.995x + 2.15$$

$$\tau = 0.984$$

$$r = 1.00$$

Les concentrations des échantillons étaient situées entre 0.693 et 1996 pg/mL.

Spécificité analytique

Les réactions croisées suivantes, testées à des concentrations en hCT d'environ 8 pg/mL, ont été trouvées :

Substance interférente	Concentration testée ng/mL	Réactivité croisée %
Calcitonine de saumon	100	0.000
Calcitonine de porc	500	0.000
Calcitonine de poulet	500	0.000
ACTH (1-39) humaine	100	0.000
Peptide C	40000	0.000
Peptide relié au gène de la calcitonine	1000	0.000
PTH (1-84) humaine	150	0.000
TSH	175	0.000
Insuline	33500	0.000
Prolactine	1000	0.000
Gastrine I	2000	0.000
Elcatonine	100000	0.000
Katacalcine	40000	0.000

Références bibliographiques

- Zaidi M, Moonga BS, Bevis PJ, et al. Expression and function of the calcitonin gene products. *Vit Horm* 1991;46:87-164.
- Inzerillo AM, Zaidi M, Huang CL. Calcitonin: physiological actions and clinical applications. *J Pediatr Endocrinol Metab* 2004;17(7):931-940.
- Austin LA, Heath H 3rd. Calcitonin: physiology and pathophysiology. *New Engl J Med* 1981;304(5):269-278.
- Mitchell DM, Jüppner H. Regulation of calcium homeostasis and bone metabolism in the fetus and neonate. *Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes* 2010;17:25-30.
- Machens A, Hoffmann F, Sekulla C, et al. Importance of gender-specific calcitonin thresholds in screening for occult sporadic medullary thyroid cancer. *Endocr Relat Cancer* 2009;16:1291-1298.
- d'Herbomez M, Caron P, Bauters C, et al. Reference range of serum calcitonin levels in humans: influence of calcitonin assays, sex, age, and cigarette smoking. *Eur J Endocrinol* 2007;157(6):749-755.
- Kloos RT, Eng C, Evans DB, et al. Medullary thyroid cancer: management guidelines of the American Thyroid Association. *Thyroid* 2009;19(6):565-612.
- Wells SA Jr, Asa SL, Dralle H, et al. Revised American Thyroid Association guidelines for the management of medullary thyroid carcinoma. *Thyroid* 2015;25(6):567-610.
- Elisei R, Romei C. Calcitonin estimation in patients with nodular goiter and its significance for early detection of MTC: European comments to the guidelines of the American Thyroid Association. *Thyroid Res* 2013;6(Suppl 1):S2.
- Kratzsch J, Petzold A, Raue F, et al. Basal and stimulated calcitonin and procalcitonin by various assays in patients with and without medullary thyroid cancer. *Clin Chem* 2011;3:467-474.
- Kudo T, Miyauchi A, Ito Y, et al. Serum calcitonin levels with calcium loading tests before and after total thyroidectomy in patients with thyroid diseases other than medullary thyroid carcinoma. *Endocr J* 2011;58(3):217-221.
- Bablok W, Passing H, Bender R, et al. A general regression procedure for method transformation. Application of linear regression procedures for method comparison studies in clinical chemistry, Part III. *J Clin Chem Clin Biochem* 1988 Nov;26(11):783-790.

Pour de plus amples informations, se référer au manuel d'utilisation de l'analyseur concerné, aux fiches techniques respectives et aux notices d'utilisation de tous les réactifs nécessaires disponibles dans votre pays.

Dans cette fiche technique, le séparateur décimal pour distinguer la partie décimale de la partie entière d'un nombre décimal est un point. Aucun séparateur de milliers n'est utilisé.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel est établi l'utilisateur et/ou le patient.

Le Résumé des caractéristiques de sécurité et des performances est disponible à l'adresse : <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Symboles

Roche Diagnostics utilise les signes et les symboles suivants en plus de ceux de la norme ISO 15223-1 (pour les USA : voir dialog.roche.com pour la définition des symboles utilisés) :

	Contenu du coffret
	Analyseurs/appareils compatibles avec les réactifs
	Réactif
	Calibrateur
	Volume après reconstitution
	Code article international

Les ajouts, modifications ou suppressions sont signalés par une barre verticale dans la marge.
© 2021, Roche Diagnostics

Elecsys Calcitonin

cobas®



Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com
+800 5505 6606

